

OPŠTA BOLNICA GORNJI MILANOVAC

BROJ: 75-34/2017

DATUM: 11.10.2017.

GORNJI MILANOVAC

Predmet: Odgovor na pitanja vezana za konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku 10 pacijent monitora za potrebe Opštine bolnice Gornji Milanovac (javna nabavka male vrednosti broj 4 u 2017.godini)

1. Naručilac ostaje pri traženom uslovu u okviru tehničkih karakteristika u zahtevu br. 7 da je mesto postavljanja signalnih lampi za alarm iznad ekrana, svi vodeći svetski proizvođači ispunjavaju traženu karakteristiku.
2. Naručilac ostaje pri traženom uslovu uz svaki monitor potrebno je isporučiti modul za merenje EtCO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O, Sev, Iso, Des.
3. Naručilac je na 11 strani konkursne dokumentacije naveo da može da zatraži od ponuđača da izvrši prezentacije ponuđene opreme, to ne znači da je neophodno da ponuđač ima robu na stanju.
4. Naručilac je naveo na strani 10 konkursne dokumentacije da ukoliko u originalnom katalogu nema tražene karakteristike ostavljena je mogućnost dokazivanja originalnim usputstvom za upotrebu predatim prilikom registracije monitora u ALIMS-u. Svakako da se u uputstvu za upotrebu nalaze tražene informacije.

Predsednik komisije

Vladimir Papić