

ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
БРОЈ: 270-6/2015
ДАТУМ: 13.11.2015.године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Предмет: Одговор на питање у предмету јавне набавке ауторефрактокератометра за потребе Опште болнице Горњи Милановац (јавна набавка мале вредности бр. 13 у 2015. години)

Код техничке карактеристике ставка 6.5 мерење пупиларне дистанце од 10мм до 80мм у целом опсегу имали смо у виду разне аномалије, микроцефалије где је пупиларна дистанца мања и обавештавамо све потенцијалне понуђаче да за наведену техничку карактеристику прихватамо корекцију +/-10%.

Председник комисије

Владимир Папић