

ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

БРОЈ: 75-13/2017

ДАТУМ:30.05.2017.

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Предмет: Одговори на питања у поступку јавне набавке 10 пацијент монитора за потребе Опште болнице Горњи Милановац (јавна набавка мале вредности број 4 у 2017.години)

1. Ради се о укупном броју кривуља које монитор може да прикаже, није нужно истовремено. Реч је о могућности приказивања 5 одвода ЕКГ-а (што је од користи нпр. при надзору пацијената у коронарној јединици), кривуље пулсне оксиметрије, капнографији, кривуљи артеријског притиска при инвазивном мерењу, температурне кривуље, респираторној кривуљи, кривуљи инхалационих анестетика.
2. Неопходно је да монитори буду испоручени са модулом за активна гасна мерења, јер ти монитори могу бити замена у случају квара неког од монитора анестезиолошког апарата у операционим салама.
3. Неопходно је да се обезбеде подаци од неких 4 до 5 дана због праћења тренда крвног притиска. Због малог броја запослених медицинских техничара и малог броја пацијент монитора, у ситуацијама када се у јединицама интензивне неге налази више витално угрожених пацијената онда се монитори морају користити код више пацијената у току једног дана. Монитори су намењени за мониторинг пацијената пре свега у јединици интензивног лечења а по потреби се могу употребљавати у операционим салама.
4. Због континуираног тренда праћења виталних параметара а у циљу праћења успешности терапије потребно је да тренд монитора буде у што дужем трајању. Монитори су намењени само за мониторинг пацијената пре свега у јединицама интензивне неге а по потреби се могу употребљавати у операционим салама.
5. Пацијент монитори у нашим условима морају да буду што лакши јер ће се користити и у случају пратњи пацијената.

Председник комисије

Владимир Папић