

ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  
БРОЈ: 75-16/2017  
ДАТУМ: 30.05.2017.  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Предмет: Одговори на питања у поступку јавне набавке 10 пацијент монитора за потребе Опште болнице Горњи Милановац (јавна набавка мале вредности број 4 у 2017.години)

1. LCD дисплеј у боји са touch-screen функцијом је годинама већ стандардна опција за све типове монитора. Величина од 15 инча јер омогућава бољу визуализацију и праћење виталних параметара пацијента од стране надлежних медицинских радника што је предност с обзиром на мали број запослених.
2. Ради се о укупном броју кривуља које монитор може да прикаже, није нужно истовремено. Реч је о могућности приказивања 5 одвода ЕКГ-а (што је од користи нпр. при надзору пацијената у коронарној јединици), кривуље пулсне оксиметрије, капнографији, кривуљи артеријског притиска при инвазивном мерењу, температурне кривуље, респираторној кривуљи, кривуљи инхалационих анестетика.
3. Неопходно је да монитори буду испоручени са модулом за праћење параметара, јер ти монитори могу бити замена у случају квара неког од монитора анестезиолошког апарата у операционим салама.
4. Монитор мора имати прикључак за инвазивно мерење притиска.
5. Неопходно је да се обезбеде подаци од неких 4 до 5 дана због праћења тренда крвног притиска. Због малог броја запослених медицинских техничара и малог броја пацијент монитора, у ситуацијама када се у јединицама интензивне неге налази више витално угрожених пацијената онда се монитори морају користити код више пацијената у току једног дана.
6. Монитори које планирамо да набавимо мораћемо да користимо и за транспорт критично оболелих пацијената. С обзиром на удаљеност Опште болнице Горњи Милановац од Клиничког центра Крагујевац а нарочито Клиничког центра Србије у Београду неопходно је да интегрисана батерија има капацитет који ће монитору обезбедити што дужи рад.

Председник комисије

Владимир Папић