

ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

БРОЈ: 41-28/2019

ДАТУМ: 10.05.2019.

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Предмет: Одговор на питања у предмету јавне набавке медицинског потрошног материјала, дезинфекционих средстава и лекова за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац

**Питање:** Партија 16 - Које запремине треба да буде балон? Да ли је одговарајући балон запремине 80мл?

**Одговор:** Прихватљиво је да буде балон запремине 80мл.

**Питање:** Партија 83 - Које дужине треба да буде пушер? Да ли је одговарајући пушер дужине 40цм?

**Одговор:** Прихватљиво је да пушер буде дужине 40цм.

Председник комисије

Владимир Папић