

ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  
БРОЈ: 270-10/2015  
ДАТУМ: 16.11.2015.године  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Предмет: Одговор на питања у поступку јавне набавке ауторефрактокератометра за потребе Одељења за офталмологију Опште болнице Горњи Милановац (јавна набавка мале вредности бр. 13 у 2015. години)

Везано за питања у вези техничких карактеристика у поступку јавне набавке ауторефрактокератометра за потребе Одељења за офталмологију Опште болнице Горњи Милановац (јавна набавка мале вредности бр. 13 у 2015. години) обавештавамо Вас о следећем:

Тачка 6 - рефракција 6.4 вертекс дистанца 0,10,12,13.5 и 15мм

Имајући у виду да већина ауторефрактокератометара има вредности 0,12,13.5 али да немају вредност 10 из разлога што та вредност није неопходна офталмологу обавештавамо Вас да ћемо прихватити понуду која не испуњава ову техничку карактеристику (вредност 10мм) ради обезбеђивања конкуренције.

Тачка 9 - могућност повезивања: минимум 1 усб конектор

Имајући у виду да наведени усб конектор служи само сервисеру и није од значаја за офталмолога и да постоје разни системи других конектора којима сервисери улазе у мени апарата обавештавамо Вас да ћемо прихватити понуду која не испуњава ову техничку карактеристику ради обезбеђивања конкуренције.

Председник комисије

Владимир Папић