

ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

БРОЈ: 84-20/2017

ДАТУМ: 20.11.2017.године

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Предмет: Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације у предмету јавне набавке превентивног сервисирања апарата за анестезију за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац (јавна набавка мале вредности број 6 у 2017.години)

Prilogom br. 11, odnosno *Tekstom zahtevane "ИЗЈАВЕ О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СИГУРНОСНИХ ПРОВЕРА ОПРЕМЕ ПРОИЗВОЂАЧА DRAGER"* која се даје под кривичном одговорношћу, наручилац ју је предвидео као обавезу која уједно и упућује на начин извршења услуга: *„...понуђачи са упосленим кадром ће у потпуности извршавати уговорене обавезе по упутствима за правилну уградњу резервних делова и да ће опрему одржавати и контролисати на начин како је то прописао произвођач, придржавајући се свих препорука произвођача које обезбеђују сигуран и контролисан рад уређаја.“*

Имајући у виду одредбу члана 76, став 5 ЗЈН у вези додатних услова која гласи:

*„Наручилац може да одреди додатне услове у погледу испуњавања обавеза које понуђач има према својим подизвођачима или добављачима.“*

Наручилац је управо то имао у виду јер Уговор о континуираном снабдевању оригиналним резервним деловима за апарате произвођача са произвођачем или овлашћеним представником произвођача Drager за територију Републике Србије подразумева одређену облигацију понуђача према добављачу. Она се огледа у томе што по нашим сазнањима и искуству уговарања сервиса за опрему и других произвођача, понуђачи са оваквим Уговором имају обавезу да у потпуности извршавају уговорене обавезе по упутствима за правилну уградњу резервних делова и да ће опрему одржавати и контролисати на начин како је то прописао произвођач, придржавајући се свих препорука произвођача које обезбеђују сигуран и контролисан рад уређаја.

Наручилац се приликом израде конкурсне документације руководио превасходно својим потребама, а на основу својих сазнања стања на тржишту, праћењем портала јавних набавки и сарадњом са другим здравственим установама, а имајући у виду начела конкурентности.

Тражени додатни услов је у логичкој вези са сервисом, будући да су током годишње реализације превентивног сервиса обавезне уградње одговарајућих сервисних сетова (делова) које је прописао произвођач апарата, као и то да је за потребе поправки неопходно уграђивати искључиво оригиналне резервне делове – будући да се ради о апаратима који су сврстани у категорију медицинских уређаја који могу озбиљно угрозити живот и здравље пацијената и где произвођач уређаја инсистира на уградњи искључиво оригиналних делова, како се уградњом других (не проверених делова) неби ризиковао интегритет и сигурност рада регистрованог медицинског средства ове категорије.

У Корисничком упутству за сваки апарат чије је одржавање предмет овог поступка, на уводним странама је упозорење: „За одржавање се смеју користити само оригинални Dräger резервни делови.“

Нама, као наручиоцу, је од изузетне важности да се приликом превентивног сервиса, уграде напоменути приоритетни сервисни сетови (који су и део обрасца понуде – дакле обавезни за уградњу), и који су по циклусу одржавања дефинисаном од стране произвођача на реду за уградњу 2017. (MX08015 *Jednogodišnji set za Fabius CE*, MX08153 *Trogodišnji set za Fabius GS*).

Будући да су ови сервисни сетови врло заступљени у одржавању ДРАГЕР апарата, а како имамо сазнања са тржишта да су различити потенцијални понуђачи већ уграђивали ове делове, логички је да за период од 3 године вршено прометовање истих.

Под појмом добављач подразумева се било који добављач (па и ино-добављач), који испоручује резервне делове. Под начином доказивања услова „оригиналности делова“ наведено је у конкурсној документацији следеће:

*„Уколико је добављач испоручивао тражене оригиналне резервне делове понуђачу под другим (својим) каталошким бројевима, уз рачун обавезно доставити изјаву добављача да су испоручени делови по свему (садржају, квалитету и намени) идентични деловима које испоручује произвођач под наведеним каталошким бројевима.“*

Из овога логички следи, да уколико добављач испоручује делове под својим каталошким бројевима (то дакле могу бити и одговарајући или компатибилни – јер се оригиналност може утврдити само уколико су делови испоручени од стране произвођача под каталошким бројем произвођача). За наручиоца је прихватљиво да као доказ о оригиналности резервних делова, добављач достави изјаву „...да су испоручени делови по свему (садржају, квалитету и намени) идентични деловима које испоручује произвођач под наведеним каталошким бројевима.“

Наручилац ће извршити измену у смислу појашњења, додавањем реченице у склопу начина доказивања, а у складу са изнетим појашњењем, која ће гласити:

*„Уколико добављач буде испоручивао резервне делове понуђачу под другим (својим) каталошким бројевима, обавезно је достављање изјаве добављача да делови који буду испоручени по свему (садржају, квалитету и намени) буду идентични деловима које испоручује произвођач апарата који су предмет одржавања.“*

Конкурсна документација није прилагођавана треутним могућностима и интересима појединачних понуђача. Понуђачима, који не могу самостално да испуне додатне услове, је остављена и законска могућност да уколико захтеве не могу да испуне самостално то могу да испуне у оквиру заједничке понуде више понуђача или као подизвођач.

Додатни услов 2. ће бити измењен и гласиће:

*2. Уговор о континуираном снабдевању оригиналним резервним деловима за апарате произвођача са произвођачем или овлашћеним представником произвођача Dräger за територију Републике Србије*

*или*

*Рачун од добављача оригиналних резервних делова на име понуђача из којег се несумњиво може утврдити да је понуђач у периоду од 3 године пре објављивања овог позива набављао следеће оригиналне делове произвођача Drager датих каталошких бројева:*

*MX08015 Jednogodišnji set za Fabius CE*

*MX08153 Trogodišnji set za Fabius GS*

*Уколико је добављач испоручивао тражене оригиналне резервне делове понуђачу под другим (својим) каталошким бројевима, уз рачун обавезно доставити изјаву добављача да су испоручени делови по свему (садржају, квалитету и намени) идентични деловима које испоручује произвођач под наведеним каталошким бројевима.*

*„Уколико добављач буде испоручивао резервне делове понуђачу под другим (својим) каталошким бројевима, обавезно је достављање изјаве добављача да делови који буду испоручени по свему (садржају, квалитету и намени) буду идентични деловима које испоручује произвођач апарата који су предмет одржавања.“*

*Што се тиче захтева да се на страни 7 конкурсне документације ставка која се односи на споразум о заједничкој понуди понуђача усагласи са чланом 81. Закона о јавним набавкама исто ће бити прецизирано изменом конкурсне документације.*

*Што се тиче захтева за уређењем дела којим се дефинише код заједничке понуде шта свако од понуђача мора самостално да испуни а шта могу понуђачи да испуне од додатних услова заједно исто ће бити прецизирано изменом конкурсне документације.*

*Што се тиче захтева за уређењем захтева за заштиту права на странама 7 и 8 конкурсне документације да се наведу подаци који се односе на рачун примаоца, сврху уплате и шта се све подразумева као потврда о уплати таксе исто ће бити прецизирано изменом конкурсне документације.*

*Због измене конкурсне документације биће продужен рок за достављање понуда до 28.11.2017.године до 12.00 часова.*

*Председник комисије*

*Владимир Папић*