

OPŠTA BOLNICA GORNJI MILANOVAC

BROJ: 31-10/2016

DATUM: 25.03.2016.godine

GORNJI MILANOVAC

Predmet: Odgovor na pitanja u postupku javne nabavke dva mikroskopa za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (javna nabavka male vrednosti br. 4 u 2016.godini)

2. Čime se dokazuje Kelerova iluminacija. Može li se ponuditi mikroskop sa Kelerovom iluminacijom?

Može se ponuditi mikroskop sa Kelerovom iluminacijom, pod uslovom da mikroskop ima ugrađen prsten za podešavanje dijafragme (irisa) polja.

3. Čime se dokazuje „True color“? LED svetlo je LED svetlo. Čime se dokazuje da je mikroskop optimalan za patologiju i citologiju? Može li se ponuditi mikroskop registrovan kod ALIMS-a sa LED osvetljenjem?

Tražene karakteristike se dokazuju označavanjem u katalogu proizvoda, u uputstvu za ponudenu opremu ili izjavom proizvođača mikroskopa. Potrebno je da ponudeno LED svetlo bude približno boji halogenog svetla propuštenog kroz LBD filter, tj. da bude belo ne plavičasto.

4. Može li se ponuditi i neki drugi sistem za automatsko postavljanje intenziteta svetla prilikom promene objektiva na unapred zadati nivo definisan od strane korisnika a da to nije menadžer intenziteta svetla ugrađen u telo mikroskopa.

Naručilac ostaje pri zahtevanoj karakteristici, na tržištu postoji više ponudaka koji nude ovu opciju.

6. Može li da se ponudi i neki drugi radni stočiji identičnih karakteristika ali sa mogućnošću rotiranja manjeg od 230 stepeni?

Naručilac ostaje pri zahtevanoj karakteristici, na tržištu postoji više ponudaka koji nude ovu opciju.

9. Da li se opseg podešavanja međuzeničnog rastojanja 55-75 mm nalazi u opsegu podešavanja međuzeničnog rastojanja 50-76 mm koje je traženo?

Ako ne, da li je moguće ponuditi podešavanje međuzeničnog rastojanja između 55-75 mm ili nekom drugom opsegu?

Može se ponuditi i tubus opsega podešavanja 55-75 mm ukoliko ponudeni tubus i okulari imaju FN 22 ili više.

12. Može li se ponuditi kondenzator svetla bez preklopnog sočiva namenjen za posmatranje traženim objektivima a ne kondenzator sa tačno traženim samo tim karakteristikama?

Može se ponuditi kondenzator bez preklopnog sočiva koji odgovara traženim objektivima.

13. Molimo Vas ako je moguće da ne insistirate na karakteristici „opruži“. Možemo da Vam donesemo na uvid naše objektivne koji takođe imaju oprugu ali nigde u tehničkoj dokumentaciji nemamo navedeno da objektiv poseduju oprugu.

Karakteristika „opruži“ ne mora biti označena u tehničkoj dokumentaciji, ali svakako

treba ponuditi objektivne prema zahtevanim tehničkim karakteristikama.

Predsednik komisije

Vladimir Papić