

ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

БРОЈ: 1025

ДАТУМ: 09.11.2020.

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Предмет. Питања у поступку јавне набавке број 2/2020

Питање: Тражимо од Вас да ставку 54.5 издвојите у посебну партију ради омогућавања конкуренције?

Одговор. Прихвата се предлог што ће бити дефинисано изменом конкурсне документације.

Питање: Партија 56-контролна трака за суву стерилизацију индикатор налепница за разликовање материјала који није био у сувом стерилизатору паковање 100 ком-10 ком-Да ли је прихватљиво понудити контролну траку за суву стерилизацију-индикатор налепница,паковање 1000 ком-1 котур?

Одговор. Прихватљиво је.

Питање: Партија 58-Bowie&dick тест индикатор (контола оваздушења) или еквивалент - Да ли је прихватљиво понудити:

-Bowie dick готов тест-паковање 20 ком-10 паковања

-Bowie dick Visa тест-паковање 120 листова-10 паковања

-Bowie dick A4 тест-паковање 50 листа-10 паковања

Одговор: Прихватљиво је.

Председник комисије

Владимир Папић